

副 本

檔 號：
保存年限：

臺北市政府衛生局 函

10479
台北市建國北路2段92號9樓

地址：11008臺北市信義區市府路1號東南區1樓
承辦人：陳薇如
電話：1999(外縣市請撥02-27208889)轉1043
傳真：27205321
電子信箱：chenweiru@health.gov.tw

受文者：中華民國西藥代理商業同業
公會

發文日期：中華民國102年12月25日
發文字號：北市衛食藥字第10240585300號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關「“亞培”利舒坦優血糖試紙(衛署醫器輸字第022528號)」醫療器材(批號1363062)回收一案，惠請協助配合各項回收作業，請查照。

說明：

- 一、依據美商亞培股份有限公司台灣分公司102年12月16日亞培ADC第2013121601號函辦理。
- 二、案係美商亞培股份有限公司台灣分公司102年12月13日接獲美國亞培總公司通知，旨揭批號之案內醫療器材使用於亞培利舒坦血糖機(FreeStyle)或Freestyle Mini血糖機(台灣未進口)時，數值判讀結果會偏低，擬更換現有通路上之該批庫存試紙。
- 三、基於維護民眾用藥安全及權益，惠請確實配合辦理各項回收作業。
- 四、副本抄送台北市醫師公會等相關公會，請轉知所屬會員協助配合各項回收作業，以維護民眾用藥安全及權益。

正本：美德耐股份有限公司、大安醫療器材行、台大醫院糖尿病聯誼會、保豐堂醫療器材行、明曜醫療儀器有限公司、保豐堂(博愛)、德記儀器有限公司、居家企業、益康儀器有限公司、美商亞培股份有限公司、立迅企業有限公司

副本：衛生福利部食品藥物管理署、台北市醫師公會、台北市牙醫師公會、台北市藥師公會、台北市藥劑生公會、台北市西藥商業同業公會、台北市西藥代理商業同業公會、中華民國西藥代理商業同業公會

局長 林奇宏

本案依分層負責規定授權業務主管決行